

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG JUSTIFIKASI
PEMANFAATAN PESAWAT
SINAR-X CT SCAN *MOBILE*
OMNITOM ELITE NL5000
NOMOR : 3660 / K/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

KONDISI JUSTIFIKASI

Pesawat Sinar-X CT-Scan *Mobile* Omnitom Elite NL5000 **terjustifikasi** dengan memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Pesawat sinar-X CT-Scan *mobile* hanya boleh digunakan untuk pemeriksaan terhadap pasien yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke ruangan pesawat sinar-X terpasang tetap atau sebagai pengganti sementara jika pesawat sinar-X terpasang tetap rusak.
2. Pesawat sinar-X CT-Scan *mobile* ini hanya digunakan untuk pemeriksaan kepala pada pasien, dan untuk pasien pediatrik (bayi dan anak-anak).
3. Penjualan pesawat sinar-X CT-Scan *mobile* harus dengan meja pemeriksaan yang dijadikan satu paket (*bundling*) atau dapat terpisah jika fasilitas yang akan membelinya sudah memiliki meja pemeriksaan yang memenuhi kriteria sesuai rekomendasi pabrikan.
4. Pemanfaatan pesawat sinar-X CT-Scan *mobile* harus memenuhi keselamatan radiasi sesuai dengan Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

